

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221205002 号

产品名称：锐视睛灵

产品型号：RS-01

申请公司：锐视健康科技（深圳）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	锐视睛灵	产品型号	RS-01
申请单位名称	锐视健康科技（深圳）有限公司	申请单位地址	深圳市福田区华强北街道荔村社区华强北路 2006 号桑达 418 栋 3 层 3A001
制造单位名称	深圳市宸邦塑胶制品有限公司	制造单位地址	深圳市宝安区汇龙达工业园东
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 12 月 7 日
样品状态说明	电池供电 3.7V = 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	锐视睛灵的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 检验检测专用章 签发日期：2022 年 12 月 27 日 检验检测专用章		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢任洋

审核：陆祖年

批准：赵反中